



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР  
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,  
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308  
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2024.02.26 № 4 / 173  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Үнийн санал авах урилга**

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн “Дүрс оношлогооны төв”-д шаардлагатай соронзон резонанст томограф аппаратын чиллерийн хөргөлтийн мотор (ZR190KC-TFD-523) худалдан авах ажлыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-д заасны дагуу зохион байгуулж байна. Иймд техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан сэлбэг нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

“Худалдан авах сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт”-ыг хамт хавсралтад хавсаргав. Үнийн саналыг 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10.00 цагаас өмнө procurement@ssch.gov.mn цахим хаягаар болон цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Цаасаар ирүүлэх үнийн саналыг дугтуйнд хийж, битүүмжлэн доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Үнийн санал хүлээн авах болон шаардлагатай мэдээллийг өгөх хаяг: БЗД-ийн 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-49, УХТЭ-ийн Б-байрны 2 давхар 201 тоот. Утас: 99559035

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 12:00 цагт Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 201 тоот өрөөнд нээнэ.

ЗАХИРАЛ



Б.БЯМБАДОРЖ

СОРОНЗОН РЕЗОНАНСТ ТОМОГРАФ АППАРАТЫН ЧИЛЛЕРИЙН ХӨРГӨЛТИЙН  
МОТОРЫН ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Нэршил	Үзүүлэлт
1	Марк	ZR190KC-TFD-523
2	Хэрэглэх хөргөлтийн шингэн	R22/R404A/R407c/R410
3	Хүчдэл	380-420V – 460V
4	Давтамж	50Hz – 60Hz
5	Хүчин чадал	45170W
6	Эрчим хүчний оролт	13400
7	Морины хүч	16HP
8	Гүйдэл	27.2
9	Хөргөх хүчин чадал	150000Btu/h