



АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

УЛСЫН ХОЁРДУГААР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2024.02.09 № 3 / 137
танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Тус эмнэлэгт нэн шаардлагай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлд зэрэгт "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасны дагуу үнийн саналыг 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө илгээн бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Сонирхогч этгээд цаасан хэлбэрээр тендер шалгаруулалтад материал ирүүлэх бол Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2-р заалтад "14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангасан, тухайн бараа, ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх чадавхитай нэг, эсхүл түүнээс дээш тооны этгээдтэй хэлэлцээ хийж, техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл, шаардлагыг хамгийн сайн хангасан этгээдтэй энэ хуульд заасны дагуу гэрээ байгуулах" гэж заасны дагуу дараах материалуудыг бэлтгэн ирүүлэхийг хүсье.

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлэх
2. Шүүхийн тусгай архивын лавлагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт ирүүлэх
3. Монгол Улсын хуулийн дагуу нийгмийн даатгал, Татварын хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай ба нотлох баримт бичиг ирүүлэх
4. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлэх
5. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: Шаардлагагүй
6. Техникийн тодорхойлолтын харьцуулалт хийж ирүүлэх.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно.

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба. Утас: 70150300,

Цахим шуудан: etta@ssch.gov.mn

ЗАХИРАЛ



УЛААНБААТАР ХОТ

УЛСЫН
ХОЁРДУГААР ТӨВ
ЭМНЭЛЭГ

9020061018 9077146

Б.БЯМБАДОРЖ

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн техникийн үзүүлэлт

№	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж сэлбэг, хэрэгсэл	тоо	Техникийн үзүүлэлт	
			Нэршил	Үзүүлэлт
1	Парафины тогоо	1	Хүчдэл	220В
			Шаардлагатай чадал	800Ватт
			Халаалтын температур	100°
			Хайлах температур	60°
			Тогооны эзэлхүүн багтаамж	15литр
2	NCU-18 д сэлбэг	1	Шахах дээд хүчин чадал	1400/1682 ml/min
			Шахах дээд даралт	0.7 Мпа
			Үндсэн материалууд	Al2O2, SiC, SUS316
			Хүчдэл	15-40W
			Давтамж	50-60гц
			Шингэний температур	0-40°С
			Наалдамхай шингэн	20000 mPa-s
			Шахах дээд хүчин чадал	1400/1682 ml/min
3	NIPRO SURRDIAL55 сэлбэг	1	Шахах дээд даралт	0.7 Мпа
			Үндсэн материалууд	Al2O2, SiC, SUS316
			Хүчдэл	15-40W
			Давтамж	50-60гц
			Шингэний температур	0-40°С
			Наалдамхай шингэн	20000 mPa-s
			Урсгалын мотор-2 ширхэг	
4	PRESENIUS 4008S сэлбэг	3	Марк	GR 63X25
			Хүчдэл	24V
			Гүйдэл	2.7A
			Эргүүлэх момент	0.14Nm
			Эргэлтийн хурд	3300rpm
			Зогсолтын момент	1.08Nm
			Хамгийн их эргүүлэх момент	1.08Nm
			Ачаалах хурд	3600rpm
			Гаралтын чадал	48.4W
			Хамгийн их гаралтын чадал	101.8W
			Тогтмол эргэлт	0.06Nm A-1
			Терминал эсэргүүцэл	1.33
			Терминал индукц	2.9mH
			Роторын инерц	400gcm2

			Моторын жин	1.23Kг
			Даралтын хавхлага- 1ширхэг	4008S аппаратны
5	Чулуу бутлагчийн зонд	1	Диаметр	2мм
			Урт	37.5см
			Загвар	27634034
6	Шилэн бөмбөг /ELLIK/	1	Давсаг угаагч	шил
			Загвар	27224В
7	Плитканы керамик тавцан	4	өргөн	340мм
			урт	410мм
			өндөр	5мм
8	MRI аппаратны чиллерийн контроллёр	1	Chellir -ийн хөргөлтийн моторын удирдлага	micom controller