



**УЛСЫН ХОЁРДУГААР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2024.01.23 № 4/34
танай _____-ны № _____-т
Үнийн санал авах тухай

**ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн "Гемодиализийн тасаг"-т шаардлагатай NIPRO брэндийн NCU-18 маркийн диализийн аппаратны Ultrafiltration pump болон усны RO системийн мембран фильтр (иж бүрдлээр) тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажлыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-д заасан журмын дагуу зохион байгуулж байна. Иймд Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

"Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт"-ыг хамт хавсралтад хавсаргав. Үнийн саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийг дуустал 16:30 минутаас өмнө procurement@ssch.gov.mn цахим хаягаар болон цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ үү. Цаасаар ирүүлэх үнийн саналыг дугтуйнд хийж, битүүмжлэн доорх хаягаар ирүүлнэ үү. Үнийн санал хүлээн авах болон шаардлагатай мэдээллийг өгөх хаяг: БЗД-ийн 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-49, УХТЭ-ийн Б-байрны 2 давхар 201 тоот. Утас: 99559035

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан 2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 201 тоот өрөөнд нээнэ.

ЗАХИРАЛ




Б.БЯМБАДОРЖ

ХАВСРАЛТ 1

Усны RO системийн цэвэршүүлсэн усны гарц 0,5-1,0 тонн/цаг мембран фильтрийн техникийн үзүүлэлт

№	Нэршил	Үзүүлэлт
1	Хэмжээ(урт х өргөн)	1016мм х 100мм
2	Хамгийн их даралт	600 psig (4.14MPa)
3	Орж буй усан дахь хлорын үлдэгдэл хамгийн их концентраци	<0.1 mg/L
4	Оролтын усны хамгийн их температур	113 °F (45°C)
5	Ашиглалтын рН хүрээ	3 10
6	Оролтын усны хамгийн их булингар	1.0 NTU
7	Хамгийн их усны урсгал SDI15	5. 0
8	Хамгийн их усны урсгал	16gpm (3.6m3/h)
9	Нэг мембран элементийн даралтын хамгийн их уналт	15psi (0.10 MPa)



膜元件尺寸**

A, inches (mm)	B, inches (mm)	C, inches (mm)
40.0 (1016)	3.95 (100.3)	0.75 (19.1)

中心管突出部分长度为: 1. 05inches/26. 7mm

NCU-18 маркийн гемодиализын аппаратын Ultrafiltration pump-ын техник үзүүлэлт

№	Нэршил	Үзүүлэлт
1	max. гадагшлуулах хүчин чадал	1400/1682 mL/min
2	max. гадагшлуулах даралт	0.7 MPa
3	Үндсэн материалууд	Al ₂ O ₃ , SiC, SUS316
4	Хүчдэл /W/	15-40W
5	Давтамж	50-60 HZ
6	Шингэний температур	0-40°C
7	Наалдамхай шингэн	20000 mPa s