



УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2025. 08. 25 № 2/1091
танай _____-ны № _____-т

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Манай эмнэлгийн Үндэсний Оношилгоо
Эмчилгээний Төв нь 2019 онд ашиглалтад орсон. Төв
эмнэлгийн В1 давхарт байрлах Цөмийн оношилгоо
эмчилгээний төвд цөмийн шинжилгээний өрөөнд засвар
хийх гэж байгаатай холбогдуулан доорх ажилд үнийн
саналыг авч байна. Үүнд:

1. Тоног төхөөрөмжийн өрөөний дотоод засал

Үнийн саналыг 2025 оны 09 дугаар сарын 02-ны
дотор тус эмнэлгийн (info@ssch.gov.mn) хаягаар
цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ үү.

ЭМНЭЛЗҮЙ ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ



Ц.ГАНЗОРИГ

20251576

**Цөмийн оношилгоо эмчилгээний төвд суурилагдах СПЭКТ/КТ-н өрөөг
бэлтгэх ажлын даалгавар**

Хаалганы гадна талд цацрагийн анхааруулах гэрэл байрлуулах	
Кабельд тавигдах шаардлага:	
1	Диаметр (гадаад): хамгийн ихдээ 16 мм (AWG 7/0)
2	Хөндлөн огтлолын хэмжээ: хамгийн ихдээ 4 мм ² (AWG 11)
3	Холбогчийн төрөл: Phoenix Contact KGG-PC 4/5.
4	Нэмэлт "Emergency Stop" буюу Яаралтай Зогсоох товчлуурыг хананд суурилуулах
Дотоод засал	
Кабельд тавигдах шаардлага:	
1	Таазны засвар - Таазны хэмжээ: 700см х 450см (31.5м ²) , ЛЕД гэрлийн тоноглолтой тааз
2	40м ² талбайтай ханыг PVC, зориулалтын хавтангаар доторлох (Хана нь гөлгөр, цэвэрлэхэд хялбар гадаргуутай байх).
Дотоод тохижилт	
Төхөөрөмжийн өрөө	
1	Төхөөрөмжийн туслах хэрэгсэл тавих ханын тавилга: 600см урт
Удирдлагын өрөө	
2	450см х 60см урт, 80см өндөр Удирдлагын компьютер байрлах ширээ
3	Ханын тавилга: 180см урт зүүдэг шүүгээ