



УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

13381 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Энхтайваны өргөн чөлөө 49, Утас/Факс: (976) 7015 0308
И-мэйл: info@ssch.gov.mn, Вэб: www.ssch.gov.mn

2025.08.21

№

1/1034

танай

-ны №

-т

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Манай эмнэлгийн ариутгал халдваргүйжүүлэх тасгийн “MD-JT 140L” загварын плазм ариутгагч болох устөрөгчийн хэт исэл (H_2O_2) ашиглан бага температурт плазмаар ариутгах төхөөрөмж дээр P1.P2 даралт нь 13290Pa-аас PRE PLASMA горим дээр 60-100Pa хүртэл буурч вакум орчин үүсгэхгүй алдаа зааж эвдрэл үүссэн. Уг аппарат элэг шилжүүлэн суулгах хагалгааны яаралтай хэрэглэгдэх шаардлага үүсээд байна. Иймд VRD-16M вакум памп дээр байрлах V3 хавхалага сэлбэг хэрэгсэл шууд худалдан авалт хийгдэх тул нийлүүлэх сонирхолтой аж, ахуй нэгж байгууллагууд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Үнийн саналыг 2025 оны 08 дугаар сарын 26-ны дотор тус эмнэлгийн (info@ssch.gov.mn) хаягаар болон цахимаар цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Э.АНХБАЯР

ATA13284 9077146
9024090350

20251565